

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号： 818MKT

使用期限： 2024.08

測定機器：ルミパルスPresto II

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストPIVKA II-N	レベル I	47	～	71
	レベル II	194	～	290

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。