

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号： 818MKT

使用期限： 2024.08

測定機器：ルミパルスPresto II

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストKL-6	レベル I	272	～	408
	レベル II	689	～	1033

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。