

エイテストコントロールセット 参考値  
<ルミパルスプレスト(ボトル試薬)>

積水メディカル株式会社

製造番号: 819MCU

使用期限: 2025.01

測定機器: ルミパルスPresto II

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストPIVKA II-N	レベル I	47	~	71
	レベル II	215	~	323

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。