

エイテストコントロールセット 参考値  
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 821MJU

使用期限: 2025.08

測定機器: ルミパルスPresto II

(単位: U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストKL-6	レベル I	235	~	353
	レベル II	597	~	895

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。