

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 823MFV

使用期限: 2026.03

測定機器: ルミパルスPresto II

(単位: U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストKL-6	レベル I	234	~	350
	レベル II	587	~	881

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。