

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号：824MKV

使用期限： 2026年9月

測定機器：ルミパルスL2400

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲	
ルミパルスプレストPIVKA II-N	レベル I	48	～ 72
	レベル II	199	～ 299