

エイテストコントロールセット 参考値
<ルミパルスプレスト(ボトル試薬)>

積水メディカル株式会社

製造番号: 825MDW

使用期限: 2027年1月

測定機器: ルミパルスL2400

(単位:U/mL)

| | | 参考値範囲 | | |
|---------------|--------|-------|---|-----|
| ルミパルスプレストKL-6 | レベル I | 260 | ~ | 390 |
| | レベル II | 636 | ~ | 954 |