

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号：826MHW

使用期限： 2027年6月

測定機器：ルミパルスL2400

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲	
ルミパルスプレストPIVKA II -N	レベル I	46	～ 68
	レベル II	203	～ 303