

エイテストコントロールセット 参考値  
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 827MAX

使用期限: 2027年11月

測定機器: ルミパルスL2400

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲	
ルミパルスプレストPIVKA II-N	レベル I	53	~ 79
	レベル II	223	~ 333