

エイテストコントロールセット 参考値  
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 827MAX

使用期限: 2027年11月

測定機器: ルミパルスL2400

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストKL-6	レベル I	232	~	346
	レベル II	571	~	855