

エイテストコントロールセット 参考値
<ルミパルスプレスト(ボトル試薬)>

積水メディカル株式会社

製造番号: 828MEX

使用期限: 2028年2月

測定機器: ルミパルスL2400

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストKL-6	レベル I	260	~	390
	レベル II	632	~	946