Ver. PKQC-FPVKPN-001

エイテストコントロールセット　参考値
＜ルミパルスプレスト（ボトル試薬）＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 829MJX　　使用期限:　2028年7月

測定機器: ルミパルスL2400

（単位：mAU/mL）

		参考値範囲		
ルミパルスプレストPIVKAⅡ-N	レベルⅠ	49	～	73
	レベルⅡ	212	～	316