

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 817MFT

使用期限: 2024.04

測定機器: ルミパルスG1200

(単位: U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスKL-6	レベル I	262	～	394
	レベル II	658	～	986

※ルミパルスG600 II で測定のお客様はこちらをご参照願います。