

エイテストコントロールセット 参考値  
<ルミパルス(カートリッジ試薬)>

積水メディカル株式会社

製造番号: 818MKT

使用期限: 2024.08

測定機器: ルミパルスG1200

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスPIVKA II-N	レベル I	43	~	65
	レベル II	181	~	271

※ルミパルスG600 IIで測定のお客様はこちらをご参照願います。