

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 819MCU

使用期限: 2025.01

測定機器: ルミパルスG1200

(単位: U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスKL-6	レベル I	262	~	394
	レベル II	675	~	1013

※ルミパルスG600 II で測定のお客様はこちらをご参照願います。