

エイテストコントロールセット 参考値  
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 823MFV

使用期限: 2026.03

測定機器: ルミパルスG1200

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスPIVKA II-N	レベル I	47	~	71
	レベル II	203	~	305

※ルミパルスG600 IIで測定のお客様はこちらをご参照願います。