

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号：824MKV

使用期限： 2026年9月

測定機器：ルミパルスG1200

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスPIVKA II-N	レベル I	45	～	68
	レベル II	187	～	280