

エイテストコントロールセット 参考値  
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 825MDW

使用期限: 2027年1月

測定機器: ルミパルスG1200

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスPIVKA II-N	レベル I	42	~	64
	レベル II	182	~	272