

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号：828MEX

使用期限：2028年2月

測定機器：ルミパルスG1200

(単位：mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスPIVKA II-N	レベル I	50	～	74
	レベル II	212	～	316