

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 828MEX

使用期限: 2028年2月

測定機器: ルミパルスG1200

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスKL-6	レベル I	279	~	417
	レベル II	685	~	1027