

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号: 817MFT

使用期限: 2024.04

LEVEL-I 参考値

識別番号: 267984

	参考値	1S
ナノピア KL-6	384 (307 ~ 461) U/mL	26

LEVEL-II 参考値

識別番号: 267985

	参考値	1S
ナノピア KL-6	995 (796 ~ 1194) U/mL	66

1Sの数字は、範囲($\pm 3S$)表示用の社内設定値です。
四捨五入等の計算方式の違いにより、1S値が機器に表示されるSD値と若干の差異が生じる場合があります。
表示値表記載の範囲は、 $\pm 3S$ です。
コバス8000のデータマネージャーでは、 $\pm 2S$ の範囲が表示されます。
コバスリンクをご使用のお客様は、新着の表示値表をご参照ください。