

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号: 821MJU
使用期限: 2025.08

LEVEL-I 参考値

識別番号: 267992

	参考値	1S
ナノピア KL-6	375 (300 ~ 450) U/mL	25

LEVEL-II 参考値

識別番号: 267993

	参考値	1S
ナノピア KL-6	950 (760 ~ 1140) U/mL	63

1Sの数字は、範囲(±3S)表示用の社内設定値です。
四捨五入等の計算方式の違いにより、1S値が機器に表示されるSD値と若干の差異が生じる場合があります。
表示値表記載の範囲は、±3Sです。
コバス8000のデータマネージャーでは、±2Sの範囲が表示されます。
コバスリンクをご使用のお客様は、新着の表示値表をご参照ください。