コバスシステム用 GA-L2キャリブレーター L, H

製造番号:　2301A
使用期限: 2024.03
識別番号: 267702

項目	Level 1	Level 2	単位
グリコアルブミン濃度（GA濃度）	0.386	1.217	g/dL
	GA-L2 キャリブレーターL	GA-L2 キャリブレーターH	
アルブミン濃度（GALB濃度）	ー	4.70	g/dL
	*生理食塩液（ブランク）	GA-L2 キャリブレーターH	

＊ GALBのstd-1にはGA-L2キャリブレーターLを使用せず、生理食塩水（ブランク）をご使用ください