

コバスシステム用 GA-L2キャリブレーター L, H

製造番号: 2501A

使用期限: 2026.03

識別番号: 267710

項目	Level 1	Level 2	単位
グリコアルブミン濃度 (GA濃度)	0.252	1.095	g/dL
	GA-L2 キャリブレーターL	GA-L2 キャリブレーターH	
アルブミン濃度 (GALB濃度)	—	4.34	g/dL
	*生理食塩液(ブランク)	GA-L2 キャリブレーターH	

* GALBのstd-1にはGA-L2キャリブレーターLを使用せず、生理食塩水(ブランク)をご使用ください