

作成日 2022-06-07

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 817MFT

使用期限: 2024.04

測定機器: HISCL-5000

(単位:U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	371	296	~	445
	レベル II	919	735	~	1103