

作成日 2023-03-08

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 819MCU

使用期限: 2025.01

測定機器: HISCL-5000

(単位:mAU/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL PIVKA-II 試薬	レベル I	62	50	~	75
	レベル II	288	231	~	346