

作成日 2023-06-07

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 820MFU

使用期限: 2025.04

測定機器: HISCL-5000

(単位:U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)	
HISCL KL-6試薬	レベル I	379	304	~ 455
	レベル II	947	758	~ 1137