

作成日 2023-10-03

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 821MJU

使用期限: 2025.08

測定機器: HISCL-5000

(単位:mAU/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL PIVKA-II 試薬	レベル I	66	53	~	79
	レベル II	298	238	~	358