

作成日 2023-10-03

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 821MJU

使用期限: 2025.08

測定機器: HISCL-5000

(単位:U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	378	302	~	453
	レベル II	949	759	~	1139