

作成日 2024-02-08

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 822MCV

使用期限: 2025.11

測定機器: HISCL-5000

(単位:U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	382	306	~	458
	レベル II	954	763	~	1145