

作成日 2024-05-16

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 823MFV

使用期限: 2026.03

測定機器: HISCL-5000

(単位:U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	383	307	~	460
	レベル II	948	758	~	1137