

作成日 2024-11-01

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 824MKV
測定機器: HISCL-5000

使用期限: 2026.09

(単位:mAU/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL PIVKA-Ⅱ 試薬	レベルⅠ	69	55	～	82
	レベルⅡ	288	231	～	346