作成日 2024-11-01

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 824MKV

使用期限: 2026.09

測定機器: HISCL-5000

(単位:U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	390	312	~	468
	レベル II	1000	800	~	1200