

作成日 2025-04-15

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 825MDW

使用期限: 2027.01

測定機器: HISCL-5000

(単位: mAU/mL)

|                   |        | 表示値 | 許容範囲(表示値±20%) |   |     |
|-------------------|--------|-----|---------------|---|-----|
| HISCL PIVKA-II 試薬 | レベル I  | 65  | 52            | ~ | 78  |
|                   | レベル II | 280 | 224           | ~ | 336 |