

作成日 2025-04-15

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 825MDW

使用期限: 2027.01

測定機器: HISCL-5000

(単位:U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	381	305	~	458
	レベル II	998	799	~	1198