

作成日 2025-08-22

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 826MHW

使用期限: 2027.06

測定機器: HISCL-5000

(単位:mAU/mL)

|                  |      | 表示値 | 許容範囲(表示値±20%) |   |     |
|------------------|------|-----|---------------|---|-----|
| HISCL PIVKA-Ⅱ 試薬 | レベルⅠ | 66  | 53            | ～ | 79  |
|                  | レベルⅡ | 289 | 231           | ～ | 346 |