

作成日 2025-08-22

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 826MHW

使用期限: 2027.06

測定機器: HISCL-5000

(単位: U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	401	321	～	481
	レベル II	1008	807	～	1210