

作成日 2026-01-09

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 827MAX

使用期限: 2027.11

測定機器: HISCL-5000

(単位:mAU/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL PIVKA-II 試薬	レベル I	73	59	~	88
	レベル II	326	261	~	391