

作成日 2026-01-09

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 827MAX

使用期限: 2027.11

測定機器: HISCL-5000

(単位:U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	339	271	~	407
	レベル II	864	691	~	1037