

作成日 2026-05-12

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 828MEX

使用期限: 2028.02

測定機器: HISCL-5000

(単位:mAU/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL PIVKA-II 試薬	レベル I	72	58	~	87
	レベル II	335	268	~	402