

作成日 2026-05-12

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 828MEX

使用期限: 2028.02

測定機器: HISCL-5000

(単位:U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	366	293	~	440
	レベル II	945	756	~	1133