作成日　2026-09-18

エイテストコントロールセット　表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 829MJX　　使用期限:　2028.07

測定機器:HISCL-5000

（単位:U/mL）

		表示値	許容範囲（表示値±20%）
HISCL KL-6試薬	レベルⅠ	375	300 ～ 450
	レベルⅡ	943	754 ～ 1131