

## エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 821MJU

使用期限 : 2025年8月

測定機器 : 日立7170S

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ナノピア <sup>®</sup> KL-6	レベル I	300	~	450
	レベル II	760	~	1140