

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 825MDW

使用期限 : 2027年1月

測定機器 : 日立7180

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ナノピア [®] KL-6	レベル I	365	～	547
	レベル II	930	～	1396