

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号：827MAX

使用期限：2027年11月

測定機器：日立7180

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ナノピア [®] KL-6	レベル I	283	～	425
	レベル II	718	～	1076