

## エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 828MEX

使用期限 : 2028年2月

測定機器: 日立7180

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ナノピア <sup>®</sup> KL-6	レベル I	323	~	485
	レベル II	813	~	1219