Ver. PKQC-NKL-002

エイテストコントロールセット　参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 829MJX　　使用期限　:　2028年7月

測定機器: 日立7180

（単位:U/mL）

		参考値範囲		
ナノピア® KL-6	レベルⅠ	322	～	482
	レベルⅡ	812	～	1218