

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 823MFV
測定機器 : ピコルミⅢ

使用期限 : 2026年3月

(単位:mAU/mL)

		表示値範囲		
ピコルミPIVKA-II MONO	レベル I	84	~	126
	レベル II	388	~	582