

## エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 820MFU

使用期限 : 2025年4月

測定機器: 全自動臨床検査システム STACIA

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲	
ステイシアCLEIA PIVKA-II	レベル I	49	~ 73
	レベル II	218	~ 326