

## エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 822MCV

使用期限 : 2025年11月

測定機器: 全自動臨床検査システム STACIA

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ステイシアCLEIA KL-6	レベル I	262	~	392
	レベル II	670	~	1006